



LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE

Reģ. Nr. 3042000219

Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401 Tālrs.: 63423568, 63423510

Fakss: (371) 63424223 e-pasts: liepu@liepu.lv

Liepājā 10.01.2011. Nr. 01-10-05

Uz 05.01.2011. Nr. _____

Par specifikācijām, lote 6, poz.1.

Jūsu Jautājums par Atklātu konkursu Informācijas, datortehnikas un laboratoriju aparatūras iegāde ERAF projektam „Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību”

Nr. 2010/0107/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/010:

„Lūdzu paskaidrot, vai tiks atzīts par atbilstošu gāzes hromatogrāfs ar sekojošām specifikācijām:

„GC Gāzes hromatogrāfa sistēma ar FID (liesmas jonizācijas detektoru), kas ietver hromatogrāfa bāzes bloku, vienu liesmas jonizācijas detektoru, vienu injekcijas portu ar EPC (elektronisko spiediena/plūsmas kontroli, darba spiedienam līdz 100 psi, darba režīms – ievadīšana ar/bez plūsmas dalīšanas (Split-Splitless)). Automātiskā paraugu ievadīšanas iekārta vismaz 100 paraugiem, visiem nepieciešamajiem elektronikas vadības ierīcēm inžektoram, ar uzstādīšanas konsoli. Programmatūra, kas nodrošina visas sistēmas vadību un datu apstrādes iespējas, dators ar Pentium IV procesoru vai labāks, 19 collu monitors. Piegāde iekļauj uzstādīšanu un lietotāja personāla apmācību.””

Atbilde:

„Gāzes hromatogrāfa sistēmas piedāvājums ir paredzēts kā viens no lētākajiem ar atbilstošu šo specifikāciju un ir iespēja piedāvāt līdzvērtīgu atkarībā no izmaksām.”

Rektora v.i.

I.Ozola